

# 内江市卫生健康综合行政执法支队

## 关于采购一批快检设备用于开展监督执法工作的公告

为推动医疗服务与保障能力提升（卫生监督机构能力建设），合理配置卫生监督机构现场快速检测设备，满足现代科学执法工作需求。结合市支队工作实际，支队拟采购一批快检设备用于开展监督执法工作。

### 一、采购内容：

（一）最高限价：6.6245 万元

（二）采购的快检设备的量和参数：

品名	单位	数量	主要参数要求
多参数水质分析仪	台	1	pH 值. 浊度. 电导率. 游离氯. 余氯. 尿素. 水温
室内空气质量监测设备	台	1	甲醛、苯、氨、总挥发性有机物（TVOC 等有害物质）、颗粒物（PM2.5）、二氧化碳等指标
检气管	台	2	1. 一般要求：小巧便于携带，不用电源和热源，不需分析仪器和化学试剂，不需样品前处理，可直接进行半定量测定，现场快速直读，提供使用说明书。 2. 性能要求：有毒气体检测管有不同的检测范围，可根据不同的检测目的和现场有毒气体的浓度情况进行选择。尽可能选择能检测有毒气体 10%~200%职业接触限值水平的检测管。 3. 参考如下：一氧化碳(检测浓度范围：3mg/m <sup>3</sup> ~60mg/m <sup>3</sup> , 下同)，硫化氢(1mg/m <sup>3</sup> ~20mg/m <sup>3</sup> )，CL <sub>2</sub> (0.1mg/m <sup>3</sup> ~2mg/m <sup>3</sup> )，二氧化碳(1800mg/m <sup>3</sup> ~36000mg/m <sup>3</sup> )，氨(3mg/m <sup>3</sup> ~60mg/m <sup>3</sup> )，二氧化硫(1mg/m <sup>3</sup> ~20mg/m <sup>3</sup> )，氮氧化物(1mg/m <sup>3</sup> ~20mg/m <sup>3</sup> )，氯化氢(0.75mg/m <sup>3</sup> ~15mg/m <sup>3</sup> )，氟化氢(0.2mg/m <sup>3</sup> ~4mg/m <sup>3</sup> )，臭氧(0.03mg/m <sup>3</sup> ~0.6mg/m <sup>3</sup> )，甲醛(0.05mg/m <sup>3</sup> ~1mg/m <sup>3</sup> )等

温度压力检测仪	台	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 温度范围：-80~150℃，</li> <li>2. 分辨率：0.01℃，</li> <li>3. 精度：±0.1℃，</li> <li>4. 尺寸 mm：24.6*37</li> <li>5. 采样速率：可设定，间隔 1s 递进，</li> <li>6. 存储数据：60000，</li> <li>7. 电池寿命：可采集 300 万组数据，</li> <li>8. 通讯适配器：10 路，</li> <li>9. 通讯接口：USB</li> </ol> <p>高压灭菌器温度压力记录仪：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 测量范围：-20~140℃、0~5bar（绝压）</li> <li>2. 分辨率：0.01℃、1mbar</li> <li>3. 精度：±0.1℃、±10mbar</li> <li>4. 尺寸 mm：24.6*58</li> <li>5. 采样速率：可设定，间隔 1s 递进</li> <li>6. 存储数据：60000，</li> <li>7. 电池寿命：可采集 300 万组数据</li> <li>8. 通讯适配器：10 路</li> <li>9. 通讯接口：USB</li> </ol>
微压差计	台	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工作压力范围：标配仪器 0~3000Pa <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 其余量程可定制</li> <li>b) 风速范围：&lt;60m/s。</li> <li>d) 风量范围：&lt;99999m<sup>3</sup>/s。</li> </ol> </li> <li>2. 最大过载能力：≤200% FS</li> <li>3. 准确度等级：0.5 级 1.0 级</li> <li>4. 分辨率：1Pa</li> <li>5. 预热时间：5~15 分钟</li> <li>6. 电源：使用三节 5 号碱性电池</li> <li>7. 重量：&lt;0.3kg</li> <li>8. 外形尺寸：70×150×30（mm）</li> </ol>
防尘口罩	个	500	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 类型；随弃式口景：</li> <li>2. 过滤效率：95%</li> <li>3. 口罩款式：头戴式</li> <li>4. 材质：高效静电滤棉或静电滤棉加带特效活碳除味层</li> </ol>
自吸过滤式防毒面具	个	15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 可更换式半面罩；</li> <li>2. 材质：热完橡胶或硅胶，优选硅胶材料的面罩；</li> <li>3. 符合《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》（GB2890-2022）要求</li> </ol>
滤毒盒（有效期 3 年）	对	15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有机及酸性气体滤盒用于有机蒸气、氯气、盐酸、二氧化硫、氢氟酸</li> </ol>

滤棉+滤盖 (有效期5年)	对	15	过滤棉 1. 主要材质: 高效静电滤棉 2. 产品认证: 中国 LA 认证、美国 NOSH 搭配主体: 6200、6502、6800、7502 等多款面具使用
防噪声耳塞	100 个 /盒	4	1、用于职业卫生执法人员在高噪声环境中听力的防护; 2、材质: 非致敏材料; 3、NRR: 29dB; 4、SNR: 37dB; 5、子弹型设计。
防护服(有效期5年)	件	10	1、材质: 无纺布 2、产品功能: 有效防护粉尘有害颗粒物和低危害的液体有效喷溅、适用木材加工发电厂煤尘防护绝缘铺设粉末喷涂和工业清洁。 3、连体连帽设计

注: 所有投标产品参数标准可以高于但不能低于上述标准

二、资质要求: 供应商具有以上产品的销售资质。

三、付款方式: 快检设备送到市卫生健康综合行政执法支队并验收合格后, 15 个工作日支付。

四、交货时间: 2024 年 8 月 23 日前

五、报名事项

(一) 报名时间: 2024 年 8 月 5 日至 8 月 9 日上午 10 点截止。

(二) 报名方式: 现场递交材料

(三) 报名地点: 人大街 62 号内江市卫生健康综合行政执法支队办公室。

六、报名材料清单

(一) 报价函

(二) 销售公司资质证明

1. 营业执照副本复印件或事业单位法人证书(注: ①在有效期内; ②具有独立法人资格; ③复印件加盖公章)

2. 组织机构代码证副本复印件(注: ①发证机关有年检要求的, 应按规定通过年检; ②在有效期内; ③复印件加盖公章。);

3. 税务登记证副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章。);

以上三款要求：已实行三证合一的只须提供具有统一社会信用代码的营业执照复印件，即具有以上三点效力。

以上资料请密封盖章。

七、本公告由支队行政办公室负责解释。

咨询电话 0832-2266962

内江市卫生健康综合行政执法支队

2024年7月30日

